

English

**INSTRUCTIONS FOR USE**

**DESCRIPTION**  
The FastBreak™ Breakaway Connector is a two-piece coupling with a patient side connecting to the hub of the drainage catheter, and a second side connecting to the drainage bag during placement. In use, the two (2) connected components allow fluids to pass freely. Upon application of variable strength against the catheter tubing, the coupling will detach. The FastBreak connector lessens the chance of the drainage catheter being inadvertently detached. The FastBreak connector should not be used with bilary catheters.

**FASTBREAK INSTALLATION**

- Connect the male luer end of the FastBreak connector to the open end of the all-purpose drainage catheter and twist in a clockwise direction. (See Step 2)
- Connect the open female end of the FastBreak connector to the male luer end of the external fluid reservoir and twist in a clockwise direction. (See Step 3)
- Connect the FastBreak male to female connectors together until you hear a "click" noise. (See Steps 4 and 5)

**INDICATIONS FOR USE**

The FastBreak connector is intended to serve as a conduit between a general drainage catheter and an external fluid reservoir.

**PRECAUTIONS**

- Follow instructions for use and institutional guidelines for disposal.
- Do not store at extreme conditions.
- Do not use in biliary application.

**REUSE PRECAUTION STATEMENT**

For single patient use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

	Do not use if package is damaged
	Do not re-use. Do not re-sterilize
	Consult instructions for use
	Not for individual sale.
	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

	Orange (light)
	Green (medium)
	Yellow (strong)

**STEP 1**

**STEP 2 Male Connector**

**STEP 3 Female Connector**

**STEP 4**

**STEP 5**



**MERIT MEDICAL®** www.merit.com

Manufacturer:  
Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah  
84095 U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A  
Customer Service 1-800-356-3748

Authorized Representative:  
Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business  
Park West, Galway, Ireland  
EC Customer Service +31 43 358222

French

**INSTRUCTIONS FOR USE**

**DESCRIPTION**  
Le connecteur à désaccouplement rapide FastBreak™ est un couplage en deux parties avec le côté patient relié à l'embase du cathéter de drainage et l'autre côté relié au sac de drainage pendant le placement. En usage, les deux (2) composants connectés permettent aux fluides de s'écouler librement. En appliquant une force variable sur le tube du cathéter, le couplage se détache. Le connecteur FastBreak réduit le risque de détacher le cathéter de drainage par inadvertance. Le connecteur FastBreak diminue la possibilité que le cathéter de drainage se détache accidentellement. Le connecteur FastBreak ne doit pas être utilisé avec des cathétères biliaires.

**INSTALLATION DU CONNECTEUR FASTBREAK**

- Connectez l'extrémité Luer mâle du connecteur FastBreak à l'extrémité ouverte du cathéter de drainage universel et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. (Voir l'étape 2)
- Connectez l'ouverture femelle du connecteur FastBreak à l'extrémité Luer mâle du réservoir de fluide du cathéter et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. (Voir l'étape 3)
- Connectez les connecteurs FastBreak mâle et femelle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». (Voir les étapes 4 et 5).

**INDICATIONS D'UTILISATION**  
Le connecteur FastBreak est destiné à servir de conduit entre un cathéter de drainage général et un réservoir de fluide externe.

**PRÉCAUTIONS**

- Suivez les instructions d'utilisation et les lignes directrices institutionnelles relatives à l'élimination.
- Ne pas stocker dans des conditions extrêmes.
- Ne pas utiliser dans une application biliaire.

**DÉCLARATION DE MISE EN GARDE RELATIVE À LA RÉUTILISATION**  
Destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser, ne pas retraiter, ni resteriliser. La réutilisation, le retraitement ou la résterilisation risqueraient de compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou de provoquer une défaillance qui, à son tour, pourraient provoquer un risque de contamination du dispositif et/ou causer une blessure, une maladie, voire le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la résterilisation pourraient également générer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer une infection ou une infection croisée du patient, y compris, sans s'y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du dispositif pourrait provoquer des lesions, maladie ou morte du patient.

	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
	Ne pas réutiliser. Ne pas restériliser.
	Consulter les instructions pour l'usage.
	Non vendible singulairement.
	Attention: la législation fédérale des États-Unis stipule que ce produit ne doit être vendu que par ou sur ordonnance d'un médecin.

	Orange (léger)
	Vert (moyen)
	Jaune (fort)

**STEP 1**

**ÉTAPE 1**

**ÉTAPE 2 Connecteur mâle**

**ÉTAPE 3 Connecteur femelle**

**ÉTAPE 4**

**ÉTAPE 5**

Italian

**INSTRUCTIONS FOR USE**

**DESCRIPTION**  
Il connettore a scatto FastBreak™ è un accoppiamento in due pezzi con un lato paziente che si collega al raccolo del catetere di drenaggio e un secondo lato che si collega alla sacca di drenaggio durante il posizionamento. Nell'uso, i due (2) componenti collegati permettono ai fluidi di passare liberamente. In seguito all'applicazione di una forza variabile sulla tubazione del catetere, il collegamento si stacca. Il connettore FastBreak riduce il rischio di staccare il catetere di drenaggio per inavvertita. Il connettore FastBreak diminuisce la possibilità che il catetere di drenaggio venga staccato inavvertitamente. Il connettore FastBreak non deve essere usato con i cateteri biliares.

**INSTALLAZIONE DI FASTBREAK**

- Collegare l'estremità luer maschio del connettore FastBreak all'estremità aperta del catetere di drenaggio generico e ruotare in senso orario (vedere la Fase 2).
- Collegare l'estremità femminile aperta del connettore FastBreak all'estremità luer maschio del serbatoio esterno di fluido e ruotare in senso orario (vedere la Fase 3).
- Collegare i connettori FastBreak maschio ai connettori femmina fino a sentire un "clic" (vedere le Fasi 4 e 5).

**INDICAZIONI PER L'USO**  
Il connettore FastBreak funge da condotto tra un catetere di drenaggio generico e un serbatoio esterno di fluido.

**PRECAUZIONI**

- Seguire le istruzioni per l'uso e le linee guida istituzionali per lo smaltimento.
- Non conservare in condizioni estreme.
- Non usare in applicazioni biliares.

**DICHIAZIONE DI PRECAUZIONE PER IL RIUTILIZZO**  
Per l'utilizzo su un unico paziente. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione può compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o causarne il malfunzionamento che, a sua volta, potrebbe provocare lesioni, malattie o morte del paziente. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione può anche rappresentare un rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni o infiammazioni incrociate del paziente inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo può provocare lesioni, malattie o morte del paziente.

	Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
	Non riutilizzare. Non risterilizzare.
	Consultare le istruzioni per l'uso.
	Non vendibile singolarmente.
	Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.

	Arancione (leggero)
	Verde (medio)
	Giallo (forte)

**FASE 1**

**FASE 2 Connettore maschio**

**FASE 3 Connettore femmina**

**FASE 4**

**FASE 5**



German

**INSTRUCTIONS FOR USE**

**DESCRIPTION**  
Der FastBreak™ Steckverbinder mit Notzugentriegelung ist eine zweiteilige Verkopplung mit einer Patientenseite, die mit der Nabe des Drainagekatheters verbunden ist, und einer zweiten Seite, die während der Platzierung mit dem Drainagebeutel verbunden ist. Während der Verwendung ermöglichen die zwei (2) verbundenen Komponenten das ungehinderte Durchfließen von Flüssigkeiten. Wird die variable Kraft auf den Katheterschlauch angewendet, wird der Steckverbinder abgeschnürt. Der FastBreak Steckverbinder verringert die Gefahr, dass der Drainagekatheter unabsichtlich gelöst wird. Der FastBreak Steckverbinder sollte nicht mit Gallenkathetern verwendet werden.

**INSTALACIÓN DE FASTBREAK**

- Conecte el extremo del Luer macho del conector FastBreak al extremo abierto del catéter de drenaje universal y gire en dirección de las agujas del reloj. (Véase la Fase 2)
- Conecte el extremo hembra abierto del conector FastBreak al extremo Luer macho de la reserva de fluidos externa y gire en dirección de las agujas del reloj. (Véase la Fase 3)
- Conecte el conector macho de FastBreak con el conector hembra hasta que escuche un "clic". (Consulte los pasos 4 y 5)

**INDICACIONES DE USO**  
El conector FastBreak es un acoplamiento para servir como un canal entre un catéter de drenaje general y un reservatorio de fluido externo.

**PRECAUCIONES**

- Seguir las instrucciones de uso y las pautas institucionales referidas a la eliminación.
- No almacenar en condiciones extremas.
- No usar en aplicaciones biliares.

**DICHLARAZIONE DI PRECAUZIONE PER IL RIUTILIZZO**  
Zur Verwendung bei nur einem Patienten. Nicht rereutilizar, rereesteralizar. De ser así, podría verse comprometida la integridad estructural del dispositivo y/o causar su malfuncionamiento que, a su vez, podría provocar lesiones, enfermedades, malas o muerte del paciente. El rereutilizar, el rereesteralizar o la reresterilización podrían comprometer la integridad estructural del dispositivo y/o causar falla en el dispositivo que, por su vez, podría provocar lesiones, enfermedades o muerte del paciente. Una reutilización, rereutilización o rereesteralización podrían producir riesgos de contaminación del dispositivo y/o causar infección o infecciones cruzadas en el paciente, incluidas entre otras posibilidades, la transmisión de enfermedades contagiosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede causar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.

	Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt ist.
	Nicht wiederverwenden. Nicht erneut sterilisieren.
	Consulte las instrucciones de uso.
	Prohibida la venta individual.
	Atención: La legislación federal de los Estados Unidos autoriza la venta de este dispositivo a través de un médico o por orden de este.

	Orange (schwach)




</tbl

## BRUKSANVISNINGAR

**BESKRIVNING**  
FastBreak™-breakaway-kontakt är en kopplingsanordning i två delar, med en patientssida som ansluter till dränagekatereter hubb och en annan sida som ansluter till dräneringspåsen under placering. Vid användning gör de två (2) anslutna komponenterna det möjligt för vätska att passera obehindrat. När man applicerar variabel styrka mot kateterns tub, lösgör kopplingsanordningen. FastBreak-kontakten är mindre riskfri för att dräneringskatereter lösgörs av missstag. FastBreak-kateteren bør ikke anvendes med biliær kateter.

### INSTALLATION AF FASTBREAK

- Anslut FastBreak-kontakten luerände av hantyp till den öppna änden på den universella dräneringskatereten och vrid medurs. (Se steg 2)
- Anslut FastBreak-kontakten öppna ände av hantyp till den externa vätskereservoaren luerände av hantyp och vrid medurs. (Se steg 3)
- Anslut FastBreaks han- och honkontakter till varandra tills du hörer ett "click". (Se steg 4 och 5)

**ANVÄNDARANVISNINGAR**  
FastBreak-kontakter har som syfte att utgöra en ledning mellan den allmänna dräneringskatetern och en extern vätskereservoir.

### FORHEDSREGLER

- Folg brugsanvisningerne og de institutionelle retningslinjer for bortskaflere.
- Må ikke opbevares under ekstreme forhold.
- Må ikke opbevares under voldsomme temperaturer.

### FORSIGTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### VIDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ÅTERANVÄNDNING

Enbart avsedd för användning på en enda patient. Får ej återanvändas omberbetas eller omsteriliseras. Återanvärdning, omberbetning eller omsterilisering kan skada enhetens strukturella integritet och/eller leda till fel på anordningen, vilket i sin tur kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlidet. Återanvärdning, omberbetning eller omsterilisering kan också skapa en risk för att anordningen kontaminereras och/eller orsaka patientinfektion eller korsinfektioner, inklusive, men inte begränsat till, överföring av smittsamma sjukdomar från en patient till en annan. Kontaminering av enheten kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlidet.

### ÅTERANVÄNDNING

• Följ instruktionerna för användning, samt institutionella riktlinjer för kassering.

### FÖRVARA EJD VED EXTREMA FÖRHÄLLAN

• Förvara ej vid extrema förhållanden.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Följ instruktionerna för användning, samt institutionella riktlinjer för kassering.
- Förvara ej vid extrema förhållanden.
- Använd ej för biliär syftem.

### VIDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ÅTERANVÄNDNING

Enbart avsedd för användning på en enda patient. Får ej återanvändas omberbetas eller omsteriliseras. Återanvärdning, omberbetning eller omsterilisering kan skada enhetens strukturella integritet och/eller leda till fel på anordningen, vilket i sin tur kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlidet. Återanvärdning, omberbetning eller omsterilisering kan också skapa en risk för att anordningen kontaminereras och/eller orsaka patientinfektion eller korsinfektioner, inklusive, men inte begränsat till, överföring av smittsamma sjukdomar från en patient till en annan. Kontaminering av enheten kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlidet.

### ÅTERANVÄNDNING

• Följ instruktionerna för användning, samt institutionella riktlinjer för kassering.

### FÖRVARA EJD VED EXTREMA FÖRHÄLLAN

• Förvara ej vid extrema förhållanden.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANVÄNDNING

• Afsættes ved at fastholde den øverste del af produktet i hånden og trykke på den øverste del af produktet.

### ANVÄND VÄTSKERESERVOAREN

• Använd ej för biliär syftem.

### FÖRSIKTIGHEDSKLÄRING OM GENBRUG

Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere den strukturelle integritet af anordningen og/eller føre til en fejltagig anordning, som til gengæld kan resultere i patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krystinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.

### ÅTERANV